TELETEST ANALYTIKA S.A. (TELETEST LAB ANÁLISIS)

Dirección: C/ Montseny, 11; 08012 Barcelona
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **910/LE2640**
Fecha de entrada en vigor: 03/09/2021

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 3 fecha 27/09/2024)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
C/ Montseny, 11; 08012 Barcelona	A

MUESTRAS LÍQUIDAS **1**
I. Análisis físico-químicos **1**
Agua destinada a consumo humano, agua continental tratada y no tratada y agua residual 1
CALIDAD DEL AIRE **2**
I. Atmósferas laborales **2**
Soportes de muestreo de atmósferas laborales 2
Soportes de muestreo de atmósferas laborales. Partículas en aire (fracción respirable) 2
II. Materiales susceptibles de contener amianto (MCA) **2**
Materiales susceptibles de contener amianto (MCA) 2

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Agua destinada a consumo humano, agua continental tratada y no tratada y agua residual		
pH *(2 - 10 uds. de pH)*	PNT-3277 Método interno basado en: ISO 10523	A
Conductividad (147-12880 µS/cm)	PNT-3278 Método interno basado en: ISO 27888	A

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 2948W300174Dn6ct8O
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

CALIDAD DEL AIRE

I. Atmósferas laborales

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Soportes de muestreo de atmósferas laborales		
Partículas por gravimetría *(≥ 0,2 mg/filtro)*	PNT-2574 Método interno basado en: UNE 81599	A
Recuento de fibras de amianto y otras fibras por microscopía óptica de contraste	MTA/MA-051/A04	A
Recuento de partículas fibrosas inorgánicas. Método SEM-EDS	ISO 14966	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Soportes de muestreo de atmósferas laborales. Partículas en aire (fracción respirable)		
Cuarzo α por difracción de Rayos X (DRX) *(≥ 5 µg/filtro)*	PNT-3484 Método interno basado en: ISO 16258	A

II. Materiales susceptibles de contener amianto (MCA)

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Materiales susceptibles de contener amianto (MCA)		
Determinación cualitativa de amianto Método SEM-EDS y método PLM	ISO 22262-1	A

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.